



Digicrom



Digilab



- Analítica
- Ambiental
- Gases
- Metrologia
- Pesagem
- Software



www.digimed.ind.br

AO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA - ITAJAÍ - SC

A/C –Sr(a). PREGOEIRO(A) DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2009.

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2009

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANALISADOR ON-LINE DE CLORO LIVRE E TOTAL, ANALISADOR ON-LINE DE FLUORETO E CONJUNTOS DE REAGENTES CLORO LIVRE E FLUORÍMETRO.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa DIGICROM ANALITICA LTDA - EPP, situada na cidade de São Paulo, na Rua Marianos, 227 Campo Grande - SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n. 60.160.546/0001-31, por seu representante legal Francisco Fores Medina, portador da Carteira de Identidade n. 6.966.655-SSP-SP e do CPF n. 670.018.748/68, vem respeitosamente à presença de V.Exa., solicitar ESCLARECIMENTOS quanto a Especificação Técnica solicitada no Edital do Pregão Presencial acima referenciado.

1 - Com referência ao Lote 01 - ANALISADOR ON-LINE DE CLORO LIVRE E TOTAL:

É solicitado no Edital que “O analisador deve possuir a capacidade de se comunicar em rede através do uso de protocolo LonTalk, permitindo a transmissão dos resultados e configuração remota do analisador com distância de até 400 metros”.

PERGUNTA: Pode ser ofertado um Equipamento que possua uma Saída Digital RS485 com Protocolo Universal de Comunicação MODBUS, que permite a transmissão dos resultados e configuração remota do Analisador a uma distância de até 2 quilômetros, alcance maior que o LonTalk que é só de 400 metros?

Aguardo um breve retorno e coloco-me a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

São Paulo, 04 de novembro de 2009.

Atenciosamente,

FRANCISCO FORES MEDINA.
DIRETOR COMERCIAL