



Serviço Municipal de Água,
Saneamento Básico
e Infra-estrutura

Itajaí, 06 de novembro de 2009.

Ofício de Resposta:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 013/2009

**INTERESSADO: DIGICROM ANALÍTICA LTDA - EPP.
Francisco Flores Medina**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o pedido de esclarecimento ao Edital de **Pregão Presencial N° 013/2009**, venho por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS RESPOSTAS:

1 - Com referência ao Lote 01 - ANALISADOR ON-LINE DE CLORO LIVRE E TOTAL: É solicitado no Edital que "O analisador deve possuir a capacidade de se comunicar em rede através do uso de protocolo LonTalk, permitindo a transmissão dos resultados e configuração remota do analisador com distância de até 400 metros".

PERGUNTA: Pode ser ofertado um Equipamento que possua uma Saída Digital RS485 com Protocolo Universal de Comunicação MODBUS, que permite a transmissão dos resultados e configuração remota do Analisador a uma distância de até 2 quilômetros, alcance maior que o LonTalk que é só de 400 metros?

RESPOSTA

Por orientação da Diretoria de Saneamento na pessoa do Eng. Sérgio Juk, o SEMASA aceitará o equipamento que possua uma Saída Digital RS485 com Protocolo Universal de Comunicação MODBUS, por entender ser compatível com o objeto da licitação.

Sem mais para o momento, mantêm-se as demais regras editalícias, inclusive a data e horário de abertura dos envelopes.

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro