



Itajaí, 06 de setembro de 2011.

Ofício de Resposta:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 022/2011

**INTERESSADO: LAO Indústria Ltda
Carlos Eduardo G. Santos**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 022/2011**, vimos por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

***Esclarecimento 1)** No anexo I item 3 do objeto, solicita que o hidrometro possua leitura mínima de 0,02 litros, nosso projeto contempla a leitura mínima de 0,5 litros, podemos cotar considerando o nosso projeto?*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Não. Serão aceitos pelo SEMASA apenas os medidores que possuam **Leitura Mínima de 0,02 litros.**

Sem mais para o momento.

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro

Lissandro Dauer
Gerente de Cadastro

