



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial Nº 010/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Reagentes Laboratoriais, utilizados na Estação de Tratamento de Água de São Roque, Arapongas e Limoeiro:**

**EMPRESA: 01**

*Esclarecimento 1) “Solicitamos esclarecimento referente ao item 01 do pregão presencial 10/2015. A pastilha para análise de cloro DPD deverá ser efervescente de dissolução ultra rápida, correto? Pois não consta na especificação.”*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

SIM

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 27 de abril de 2015

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 003/2014)

**Engº. José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico

