

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Equipamentos de Laboratório, Analisador de coliformes utilizados nas Estações de Tratamento de Esgoto Cidade Nova do SEMASA e estações de tratamento de águas do SEMASA, objetivando o uso em laboratório de análise.**

**EMPRESA: XXXXXXXX**

**Esclarecimento 1)** “Para o item 5, os frascos deverão ser estéreis e também descartáveis e serão utilizados exclusivamente para coleta ou também para avaliação da fluorescência?”

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

A bolsa plástico ou frasco estéril será usado para coleta e teste de fluorescência.

**Esclarecimento 2)** “Pra o item 7, anexamos o folder da câmara com lâmpada UV produzido pela Laborclin. Gostaríamos de verificar se atende o edital. Já possui suporte para a lâmpada?”

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Desde que cumpra as exigências do edital, ou seja, a câmara tenha lâmpada de UV com comprimento de onda de 365nm, voltagem 110-220V e potência de 6W, estará de acordo com a área técnica.

Itajaí (SC) 10 de agosto de 2017

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico  
SEMASA – Itajaí/SC

**Engº Nei Dionísio Locatelli**  
Diretor de Saneamento  
SEMASA – Itajaí/SC

**Ana Paula Inthurn Albino**  
Gerente de Licitações e Contratos