



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO Nº 026/2019** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos diversos e reagentes para execução de análises laboratoriais nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto do SEMASA/Itajaí/SC.**

**EMPRESA:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Esclarecimento 1) “No descritivo do lote 9 item 01, consta que deve acompanhar conjunto de pesos padrões, poderia por gentileza informar quais as capacidades dos pesos que deverão ser entregues?”*

<b>RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )</b>
---

01 (um) peso padrão de 50g, Classe F1, com certificado RBC.
---

Itajaí (SC), 17 de dezembro de 2019.

Márcio Venício Bernadino  
Pregoeiro

Adriana Helena Ramos dos Santos  
Engenheira Sanitarista e Ambiental