



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO Nº 026/2019** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos diversos e reagentes para execução de análises laboratoriais nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto do SEMASA/Itajaí/SC.**

EMPRESA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esclarecimento 1) "Solicitamos esclarecimento sobre o seguinte ponto constante no edital:

No lote 16, Item 05, onde diz que o item deve vir com certificado RBC, temos a seguinte dúvida:

- O item é um Auxiliar de pipetagem e o mesmo não possui possibilidade de certificação RBC (ao contrário das Micropipetas), a mesma tem que ser realizada nas pipetas a serem utilizadas e não no equipamento, neste caso.

Gostaríamos de saber se podemos desconsiderar esta solicitação para este item."

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Sim, pode desconsiderar.

Itajaí (SC), 02 de janeiro de 2020.

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico

