

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020

Processo Administrativo Nº 2020-SAN-056390

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos para DQO (demanda química de oxigênio), juntamente com Kit's de reagentes de DQO para utilização nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água do SEMASA/Itajaí/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 21 de agosto de 2020 às 13h17, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019:

“Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.”

O interessado elencou questionamento que, devido ao seu teor, foi encaminhado à área técnica para manifestação.

Assim, a área técnica posicionou-se nos seguintes termos:

QUESTIONAMENTO 01:

“ITEM 1: No edital solicita 2 prazos de garantia. 12 meses e 24 meses. Qual devemos considerar?”



RESPOSTA 01:

Considerar o prazo de 12 meses para fins de garantia.

QUESTIONAMENTO 02:

“ITEM 2: Informar a faixa de análise do reagente”.

RESPOSTA 02:

Considerar de 0 a 150mg/L.

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 24 de agosto de 2020.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira
(Portaria nº 038/2020)