

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020**

**Processo Administrativo Nº 2020-SAN-056749**

### **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de analisadores de oxigênio dissolvido para execução de análises no Rio Itajaí-Mirim, ponto de captação de água para tratamento do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 28 de setembro de 2020 às 10h44, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019.

#### **QUESTIONAMENTO 01:**

“Para calibração RBC, é necessário que o parâmetro e o fornecedor seja homologado pelo INMETRO para a execução dos serviços, porém não tem esta calibração homologada pelo INMETRO. Questionamos: Visto isso, pode ser entregue o certificado de qualidade do equipamento junto com o serviço de calibração do mesmo?”.

#### **RESPOSTA 01:**

Sim.

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 28 de setembro de 2020.

**Luana Vicente dos Santos Furlani**  
Pregoeira  
(Portaria nº 038/2020)

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico