



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

Processo Administrativo Nº 2020-SAN-056749

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de analisadores de oxigênio dissolvido para execução de análises no Rio Itajaí-Mirim, ponto de captação de água para tratamento do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 30 de setembro de 2020 às 13h34, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019.

QUESTIONAMENTO 01:

“Para medidores de oxigênio online, não se aplica calibração RBC. Gostaria de saber se o mesmo poderá ser substituído por um atestado de qualidade da sonda.”.

RESPOSTA 01:

Sim, pode enviar os atestados de qualidade da sonda.

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 1º de outubro de 2020.

Rosimeri Nascimento Simões
Pregoeira
(Portaria nº 038/2020)

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico

