

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021**

**Processo Administrativo Nº 2021-CAM-068018**

### **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICOS PARA CLIENTES COM PERFIL DE CONSUMO superior a 1000 M<sup>3</sup> MÊS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 12 de novembro de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

#### **QUESTIONAMENTOS:**

**1 – PERGUNTA:** No termo de referencia ANEXO 1 do ITEM 1, 2 e 3 – Hidrometro Ultrassonico de 50mm, 80 e 100mm, é solicitado comprimento de 270mm, 300mm e 360m. O padrão desse tipo de hidrômetro é 200mm de comprimento para o DN 50mm, 225mm de comprimento para o DN80mm e 250mm para o medidor DN100mm, será aceito também com esse comprimento, visando uma maior participação de licitantes?

**RESPOSTA:** O referido termo de referência será reavaliado e posteriormente republicado.

**2 – PERGUNTA:** Em caso de negativa da aceitação do hidrômetro ultrassonico de 2”, 3” e 4” com os comprimentos menores acima, poderemos fornecer uma peça extensora para completamos os comprimento de 270mm, 300mm e 360mm? (As peças seriam fornecida sem aumento de custo para o Semasa).

**RESPOSTA:** O referido termo de referência será reavaliado e posteriormente republicado.



Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 17 de novembro de 2021.

**Rosmeire Coelho Pontes**  
Pregoeira  
(Portaria n° 066/2021)

**Arthur Leite da Silva**  
Gerente de Cadastro Comercial e  
Hidrometria

**Evandro Moreira da Silva**  
Aferidor de Hidrômetro

