

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-076866

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a : **Aquisição de reagentes para análises nos laboratórios da Estação de Tratamento de Esgoto Cidade Nova do SEMASA - Itajaí/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 04 de janeiro de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

Para o lote 01 - No item 3.1.2 entende-se que todos os reagentes devam ser da plataforma TNTPlus, ou seja, tubos de 13mm e que possuam código de barras para leitura automática nos espectrofômetros HACH, porém no descritivo individual dos reagentes, em alguns itens são exigidos tubo de de 16mm, que caracterizam reagentes TNT. Por gentileza, poderia informar qual descritivo devemos seguir?

Resposta: Os kits podem ser fornecidos com ou sem códigos de barras, o item 3.1.2 indica as exigências se o fornecimento dos kits for com código de barras. No item onde está descrito o tubo com 16mm, o mesmo deverá respeitar o disposto na descrição individual do item.

Ainda, no tocante a validade dos reagentes, será aceito 80% do total da validade de fábrica? Podendo alguns itens possuir validade inferior a 16 meses? Haja vista que alguns possuem validade total de 18 meses e são importados.

Resposta: Os itens deverão ser entregues conforme o disposto no Edital.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 05 de janeiro de 2023.

Adriana Helena Ramos dos Santos
Engenheira Sanitarista

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 026/2022)