



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Processo Administrativo Nº 2023-CAM-080154

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de 2.600 hidrômetros multijatos, 1400 volumétricos e 100 hidrômetros ultrassônicos para usuários com perfil de consumo a partir de 180m³.**

O referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 27 de junho de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, caput, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

Solicitamos maiores informações referente ao PE 019/2023, conforme abaixo:

Para os itens 1 e 2, foi especificado condições metrológicas referentes às Portaria Inmetro nº155/2022 com Q3 (vazão permanente) e Range e Portaria Inmetro nº 246/2000 com QN (vazão nominal) e Classe Metrológica.

Considerando que existem diferenças metrológicas significativas entre os dois regulamentos, entendemos que o SEMASA aceitará qualquer uma das duas especificações para a fabricação dos hidrômetros.

Nosso entendimento está correto? Ambas as Portarias serão aceitas pelo SEMASA?

Resposta: Sim, para ampla concorrência, o SEMASA irá aceitar ambas as portarias, 246/00 e 155/22

Itajaí SC, 28 de junho de 2023

Rosimeri Nascimento Simões
Pregoeira
(Portaria 015/2023)

Evandro Moreira da Silva
Aferidor de Hidrômetros/ Fiscal do
Contrato

